

2023年2月27日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部**Costar® ストリペットピペット製品 一部製品**
個別包装の底面材質変更のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、Costar ストリペットピペット製品の一部製品について、先にご案内しました個別包装の仕様変更の内容に変更がございますことをご案内申し上げます。5 mL ピペットの底面材質が、予定していたナイロン/LDPEから3EVA/Surlyn/EVA (ESE) に変更となります。変更後の材質は、現在ペーパー/プラスチック個別包装に使用されているものです。

本変更は製品の安定供給を目的としたものです。本変更に伴う製品や製品自体の形状や適合性、材質、機能性、価格、仕様に変更はございません。また製造中ならびに製造後の検査にも変更はございません。

敬具

記

変更内容

底面材質が当初の案内から下記の通りに変更

変更前：ナイロン/LDPE

変更後：3EVA/Surlyn/EVA (ESE)

変更後の材質は、現在ペーパー/プラスチック個別包装に使用されているものです。

対象製品

カタログ番号	製品名
4051	ストリペット 5 mL 個別包装 (プラスチック包装)
9099	アスピレーションピペット 5 mL

変更時期

2023年1月製造分よりを予定

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上