

2021年6月14日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部**Corning® 15mL チューブ 発泡スチロール製ラック**
代替ラック添付と販売再開のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、2月に発泡スチロール製ラックの製造が中断し、一部のCorning チューブ製品に添付されている発泡スチロール製ラックが不添付となることをご案内しました。今後は、既存の発泡スチロール製ラックの添付が再開されるまで代替ラックを一時的に導入することとなりました。

この代替ラックは、既存のラック機能を維持していることを確認しております。チューブ自体に変更はなく、ラックのみが変更されます。製品自体の仕様、製造工程、試験内容に変更はありません。

また、一時販売中止をしておりました15 mL PET 製プラグシールキャップ ラック付(カタログ番号: 430055)は、代替ラックを添付して販売再開します。

弊社では一日も早い事態の解消へ向け努めております。皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程お願い申し上げます。

敬具

記

変更点

対象製品に添付される発泡スチロール製ラックが、一時的に代替ラックへ変更となります。また一時販売中止していた遠沈管は、代替ラックを使用して販売再開します。


対象製品

| カタログ番号 | 製品名 |
|--------|--------------------------------|
| 430172 | 細胞培養チューブ表面処理済み |
| 430055 | 遠沈管 15 mL PET 製プラグシールキャップ ラック付 |

既存ラック (ポリスチレン)



代替ラック (ポリエチレン)



代替ラック添付製品製造期間

即日から 2021 年 9 月頃まで

販売中止品販売再開時期

2021 年 6 月 14 日

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上